



Prüfprotokoll 2022058

Wartung und Justierung eines Temperatur-, Feuchte- und Drucksensors

Kunde: LMT – Leschke Meßtechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)

Prüfgrund: Wartung: Reparatur:

Messgerätedaten: Hersteller: testo AG
 Typ: testo 622
 Inventarnummer: 058
 Seriennummer: 39502449/206

Prüfgeräte und Prüfmittel:

Messtechnik	Typ	Seriennummer	letzte Kalibrierung	Zertifikat Nummer	nächste Kalibrierung
Temperatur-, Feuchtefühler	testo 625	03625170	10/2021	4214852	10/2022
Digitalmultimeter	HAMEG HM 8011-3	11942P21168	07/2021	214984	07/2022
Druckmessgerät	TSI 4040	40402038075	09/2021	300373532	09/2022

Zertifikate unserer eingesetzten Prüfgeräte und Partikelstandards finden Sie als Download auf www.leschke-messtechnik.de.

ausgeführte Servicearbeiten:

- 1. Allgemeine Gerätekontrolle
- 2. Kontrolle der Anschlüsse
- 3. Kontrolle / Abgleich
- 4. Genauigkeit der Anzeige

Sensordaten:

Sensor	Messbereich	Genauigkeit	Auflösung
Temperatur	-10...+60 °C	± 0,4 °C	0,1 °C
Feuchte	0...100 % r.F.	± 2 % r.F. bei +25 °C	0,1 % r.F.
Druck	300...1200 hPa	± 3 hPa	0,1 hPa

Prüfergebnis:

Temperaturfühler:

Prüfmittelnummer	Messwert Prüfling testo 622 in °C	Messwert Referenzgerät testo 625 in °C	Abweichung in °C	Akzeptanzkriterium in °C	Bewertung
058	25,2	25,1	0,1	± 0,40	in Ordnung

Kapazitiver Feuchtesensor:

Prüfmittelnummer	Messwert Prüfling testo 622 in % r.F.	Messwert Referenzmessgerät testo 625 in % r.F.	Abweichung in % r.F.	Akzeptanzkriterium in % r.F.	Bewertung
058	41,0	40,7	0,3	± 2,0	in Ordnung

Piezoresistiver Drucksensor:

Prüfmittelnummer	Messwert Prüfling testo 622 in hPa	Messwert Referenzmessgerät TSI 4040 in hPa	Abweichung in hPa	Akzeptanzkriterium in hPa	Bewertung
058	1008,5	1007,0	1,5	± 3,0	in Ordnung

Prüfungsergebnis/ Technische Spezifikation erfüllt: ja nein

empfohlene nächste Prüfung: 06/2023
Datum der Prüfung: 13.06.2022

LMT Leschke Meßtechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 / 68 57 161 Fax: 0335 / 68 57 162
Email: info@lmt-online.eu

Prüfung durchgeführt von S. Konsolke

S:\LMT Bürodateien\Service\LMT Geräte\2022\testo 622.doc